

## ПРОТОКОЛ № 27

### об итогах тендера по закупкам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

КГП на ПХВ «Многопрофильная  
больница имени профессора Х.Ж.  
Макажанова»

29.05.2020г.

Закуп в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Обутверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее Правила)

#### Тендерная комиссия в составе:

1. Жүкен Т.Т.- председатель тендерной комиссии, заместитель директора по лечебной работе.
2. Махин Б.К. – руководитель многопрофильного центра, заместитель председателя тендерной комиссии.
3. Абаганова К.Н. – начальник отдела организации и планирования государственных закупок.
4. Абеуова Д.У. – юрисконсульт.
5. Каминская О.А. – медсестра аптечного склада.

Секретарь тендерной комиссии Шильдебаева Ж.Б. бухгалтер по госзакупкам.  
21 мая 2020 года в 15.00 часов комиссия провела заседание по вскрытию конвертов с тендерными заявками по закупкам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Выделенная сумма для закупок по лотам составляет:

Номер лота	Наименование медицинских изделий	Ед. изм.	Кол-во	Планируемая цена	Сумма (тенге)
1	Марля медицинская, в рулонах плотность 30-33	метр	114000	58,00	6 612 000,00
2	Интродюсер трансфеморальный	шт.	220	9 900,00	2 178 000,00
3	Гемостатический Y коннектор	шт.	150	14 100,00	2 115 000,00
4	Имплантаты для восстановления дефектов твердой мозговой оболочки, размер 80мм*120мм	шт	3	337 000,00	1 011 000,00
5	Имплантаты для восстановления дефектов твердой мозговой оболочки, размер 150мм*150мм	шт	3	474 755,00	1 424 265,00
6	Система внешней фиксации	шт	1	3 007 199,00	3 007 199,00
7	Материал шовный хирургический	шт	1500	1 160,00	1 740 000,00

Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков представлены в установленные сроки до 13.00 часов 21 мая 2020 года:

1. ТОО «Dives» (ДИВЕС), г.Алматы, ул.Гоголя, 89А, оф.104; 12.05.2020г. в 09:57ч.
2. ТОО «Galamat Integra», г.Нур-Султан, пр.Мангилик Ел, зд.20/2; 12.05.2020г. в 14:36ч.
3. ТОО «Арех Со», г.Алматы, ул.Огарева, 4Б, 24; 15.05.2020г. в 14:12ч.



4. ТОО «Круана», г.Алматы, Бостнадыкский р-н., ул.Тимирязева, 42, корпус 15; 15.05.2020г. в 14:12ч.
5. ТОО «А - 37», г.Алматы, ул.Тимирязева 42, корпус 15; 15.05.2020г. в 14:13ч.
6. ТОО «Densau (Денсау)», г.Нур-Султан, ул.Кенесары, 70А, оф.549; 19.05.2020г. в 12:54ч.
7. ТОО «Динамик Трейд», г.Нур-Султан, р-н. Сарыарка, ул.187, д.16, кв.112; 19.05.2020г. в 12:55ч.
8. ТОО «НаноФарм», г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Экспериментальная база, дом 3а; 20.05.2020г. в 15:20ч.

Отзыв и изменения тендерных заявок в сроки, указанные в тендерной документации, не производились. Эксперт или экспертная комиссия не привлекались.

Тендерная комиссия рассмотрела соответствие представленных тендерных заявок квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации.

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, кроме отклоненных соответствуют требованиям, предусмотренным в «Правилах» и тендерной документации.

Тендерная комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации, включая следующие критерии: сроки поставки, условия платежа, соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, соответствие предлагаемого медицинского изделия технической спецификации заказчика.

По результатам оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная комиссия решила:

**И. В соответствии с пп.12 п. 81 Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729, Правил тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям тендерной документации:**

- представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил:

**1. ТОО «Densau (Денсау)» лот № 2 – В технической спецификации тендера запрашивается следующее: «Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX. Шестилепестковый гемостатический клапан. Наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см). Диаметр иглы от 18G до 21G. Диаметром 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F и длиной 5,5, 11, 23, 35, 45, 65, 90 см»** Не соответствует материал отсутствует покрытие, смазывающее покрытие обеспечивает безопасное прохождение в сосуд. Шестилепестковый гемостатический клапан обеспечивает плотное прилипание иглы для защиты от протекания крови. Не соответствует, стандартный механизм защелкивания. Требуется наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов, а имеется только линия для промывания. Не соответствует ограниченность назначения (только промывание). Необходимо двухсторонний проводник, имеется только стандартный проводник 50 см или 80 см, неудобство использования, большая длина, нет возможности крепления с обеих сторон. Необходимо диаметр иглы от 18G до 21G предлагается размер иглы 18 G. Не соответствует, отсутствие выбора для разного диаметра артерии. Размеры необходимо 4, 5, 6,7,8 Fg длиной 11 и 23 см., Не соответствует узкий выбор размеров для разного типа пациентов. Представленная техническая характеристика не соответствует требованиям, заявленным в тендерной документации, по недостаточной размерной линейке, (11 и 23 см, против 5,5, 6, 11, 23, 35, 45, 65, 90 см заявленной в тендерной документации, отсутствием иглы 21 G, отсутствием гемостатического клапана, бокового отведения для иных лекарственных препаратов и покрытия Slip заявленных в технической спецификации.



**2. ТОО «Динамик Трейд» -лот № 2 –** В технической спецификации тендера запрашивается следующее: *«Материал интродьюсера – рентгенконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие SiLX. Шестилепестковый гемостатический клапан. Наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Возможность поставки с мини-проводником (двухсторонний, длина 45 см). Диаметр иглы от 18G до 21G. Диаметром 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F и длиной 5.5, 11, 23, 35, 45, 65, 90 см»* Не соответствует материал отсутствует покрытие, смазывающее покрытие обеспечивает безопасное прохождение в сосуд. Шестилепестковый гемостатический клапан обеспечивает плотное прилепание иглы для защиты от протекания крови. Не соответствует, стандартный механизм защелкивания. Требуется наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов, а имеется только линия для промывания. Не соответствует ограниченность назначения (только промывание). Необходимо двухсторонний проводник, имеется только стандартный проводник 50 см или 80 см, неудобство использования, большая длина, нет возможности крепления с обеих сторон. Необходимо диаметр иглы от 18G до 21G предлагается размер иглы 18 G. Не соответствует, отсутствие выбора для разного диаметра артерии. Размеры необходимо 4, 5, 6,7,8 Fg длиной 11 и 23 см., Не соответствует узкий выбор размеров для разного типа пациентов. Представленная техническая характеристика не соответствует требованиям, заявленным в тендерной документации, по недостаточной размерной линейке , (11 и 23 см, против 5,5 , 6, 11, 23, 35, 45, 65, 90 см заявленной в тендерной документации, отсутствием иглы 21 G , отсутствием гемостатического клапана, бокового отведения для иных лекарственных препаратов и покрытия Slip заявленных в техническом спецификации.

**II. В соответствии п. 85 Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729, Правил** признать победителем тендера, следующие тендерные заявки:

**Лот №6 –** Система внешней фиксации, ТОО «Арех Со», г.Алматы, ул.Огарева, 4Б, 24, цена за единицу 3007006 тенге 00 тиын, сумма 3007006 тенге 00 тиын. Торговое наименование: Система внешней фиксации WGJ в комплекте. Страна, изготовитель Китай.

**III. Потенциальные поставщики,** предложения которых являются вторым после победителей тендера:

**Лот №6 –** Система внешней фиксации, ТОО «Круана», г.Алматы, Бостнадыкский р-н., ул.Тимирязева, 42, корпус 15, цена за единицу 3007199 тенге 00 тиын, сумма 3007199 тенге 00 тиын. Торговое наименование: Система внешней фиксации WGJ в комплекте. Страна, изготовитель Китай.

**IV. В соответствии с пп. 1 п. 84 Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729, Правил** признать тендер несостоявшимся по лоту №1 в связи с отсутствием представленных тендерных заявок.

**V. В соответствии с пп.4 п. 84 Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729, Правил** признать тендер несостоявшимся по лоту №2 в связи с тем, что допущен один потенциальный поставщик.

**VI. В соответствии с пп. 2 п. 84 Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729, Правил** признать тендер несостоявшимся по лоту №3, лоту №4, лоту №5, лоту №7 в связи с представлением менее двух тендерных заявок



3

**VII.** В течение десяти календарных дней заключить договор закупа медицинских изделий с вышеназванными победителями тендера.

**Председатель комиссии**

  
Т. Жүкен

**Заместитель председателя**

  
Б. Махин

  
К. Абаганова

  
Д. Абеуова

  
О. Каминская

**Секретарь тендерной комиссии**

  
Ж.Шильдебаева