**Протокол №204**
**итогов по закупу медицинских изделий**
**способом запроса ценовых предложений**

КГП «Областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова»

10.09.2019г.

**Комиссия в составе:**

1. Жүкен Т.Т. – председатель комиссии, заместитель директора по лечебной работе;
2. Абаганова К.Н. – начальник отдела организации и планирования государственных закупок;
3. Григорьева А.Н. – заведующая аптеки;
   Шильдебаева Ж.Б. – секретарь комиссии, бухгалтер по государственным закупкам

Согласно гл. 10 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» провели закуп способом запроса ценовых предложений следующих медицинских изделий:

Лот №1. Облучатель-рециркулятор воздуха настенный ультрафиолетовый бактерицидный настенный с тремя бактерицидными лампами.
Лот №2. Облучатель-рециркулятор воздуха передвижной ультрафиолетовый бактерицидный настенный с пятью бактерицидными лампами.

Организатор закупа запросил ценовые предложения у потенциальных поставщиков путем размещения объявления на интернет ресурсе организатора закупа.

Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Vita Pharma», г.Нур-Султан, р-н Байконур, ул.Ташенова, д. 4, оф 36; 29.08.2019г. в 09:50ч.
2. ТОО «Import MT», г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 24/1; 29.08.2019г. в 15:40ч.
3. ТОО «ЮриОл», Карагандинская обл., г.Сарань, мкр.Химик, д.17; 02.09.2019г. в 09:00ч.
4. ТОО «Palitra Pharm», г.Караганда, ул.Ермекова, 120/2; 02.09.2019г. в 09:49ч.

Согласно пп. 9 п. 20 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», потенциальные поставщики ТОО «Import MT» и ТОО «Palitra Pharm» по лоту №1. (Облучатель-рециркулятор воздуха настенный ультрафиолетовый бактерицидный настенный с тремя бактерицидными лампами) не соответствует технической характеристике заказчика. Согласно технической спецификации заказчика бактерицидная эффективность должна быть не менее 99,9%, мощность ультрафиолетового излучения не менее – 14,4Вт. А у ТОО «Import MT» и ТОО «Palitra Pharm» бактерицидная эффективность - 99,0%, мощность ультрафиолетового излучения не менее – 14,1Вт. Эффективность бактерицидных рециркуляторов у ТОО «Import MT» и ТОО «Palitra Pharm» не позволяет использовать данные рециркуляторы в помещениях 1 категории (операционные, предоперационные и т.д.). Отсутствует электронный блок управления, позволяющий отображать время работы не только ламп от замены до замены, но и время работы вентиляторов, присутствует сигнализация о неисправностях как ламп, так и вентиляторов по отдельности, возможность настраивать режим работы рециркулятора в часах с автоматическим отключением рециркулятора по окончании отсчета заданного времени, что в свою очередь экономит человеко-часы и исключает переработку прибора в неурочное время, что в свою очередь продлевает срок службы рециркулятора.

Согласно п. 112 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» комиссия решила:

I. Провести закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений у следующего поставщика:

Лот №1. Облучатель-рециркулятор воздуха настенный ультрафиолетовый бактерицидный настенный с тремя бактерицидными лампами, по цене 77500,00 тенге в количестве 23 шт., на общую сумму 1782500,00 тенге, ТОО «ЮриОл», Карагандинская обл., г.Сарань, мкр.Химик, д.17
Лот №2. Облучатель-рециркулятор воздуха передвижной ультрафиолетовый бактерицидный настенный с пятью бактерицидными лампами, по цене 89000,00 тенге в количестве 6 шт., на общую сумму

534000,00 тенге, ТОО «Import MT», г.Нур-Султан, ул.Брусиловского, 24/1

Победитель представляет организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.

**Председатель комиссии** **Т. Жүкен**

**Члены комиссии** **К. Абаганова**

**А. Григорьева**

**Секретарь** **Ж.Шильдебаева**