

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**об итогах тендера по закупкам медицинской техники**

КГП на ПХВ «Многопрофильная  
больница имени профессора  
Х.Ж. Макажанова»

10 июня 2022г.

Закуп в соответствии с Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375.

**Тендерная комиссия в составе:**

1. Жүкен Т.Т.- председатель тендерной комиссии, заместитель директора по медицинской работе.
  2. Махин Б.К. – заместитель председателя, руководитель многопрофильного центра.
  3. Абаганова К.Н. – начальник отдела государственных закупок
  4. Фазлыев Р.И. - начальник технического отдела
  5. Ким И.А. – клинический фармаколог
- Секретарь тендерной комиссии А.Ермекова бухгалтер по госзакупкам.

02 июня 2022 года в 15.00 часов комиссия провела заседание по вскрытию конвертов с тендерными заявками по закупкам медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Выделенная сумма закупа по лотам составляет:

Номер лота	Наименование медицинской техники	Ед. изм.	Кол-во.	Планируемая цена	Сумма (тенге)
1	Нейромонитор интраоперационный с принадлежностями	шт.	1	47 435 000	47435000
2	Устройство конвекционного обогрева	шт.	3	4 000 000	12000000
3	Кровать медицинская функциональная с принадлежностями	шт.	20	2 000 000	40000000

Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков представлены в установленные сроки до 13.00 часов 02 июня 2022 года:

1. ТОО «Tarlan International» г.Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, дом 5, н.п.30; 25.05.2022 в 10-30ч.
2. ТОО «A&C Medical» г.Алматы, ул. Нусупбекова д.38; 26.05.2022г.12-46ч.
3. ТОО «Медикал Солюшнс» г.Алматы, мкр.Аксай 1а.дом 1, офис 16; 30.05.2022г.11-09ч.
4. ТОО «Сапа Мед Астана» г.Нур-Султан, ул.Тараз 2, НП-12; 01.06.2022г.09-32ч.

Отзыв и изменения тендерных заявок в сроки, указанные в тендерной документации, не производились. Эксперт или экспертная комиссия не привлекались. Тендерная комиссия рассмотрела соответствие представленных тендерных заявок у потенциальных поставщиков.

Квалификационные данные потенциальных поставщиков представивших тендерные заявки, соответствуют требованиям, предусмотренным в «Правилах» и тендерной документации.



Тендерная комиссия рассмотрела соответствие представленных тендерных заявок потенциальных поставщиков технической спецификации заказчика

**I. В соответствии с п.70 пп.9 Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года №375, Правил** тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков не соответствуют требованиям тендерной документации:

- представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил:

**1.ТОО «Медикал Солюшнс» - лот №1-** представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация, не соответствует требованиям тендерной документации.

По данным регистрационного удостоверения (далее – РУ) и инструкции по эксплуатации по данным открытых источников, Система для интраоперационного мониторинга "Нейро-ИОМ" не соответствует заявленным требованиям, технической спецификации заказчика:

1. Отсутствует программное обеспечение для интраоперационного мониторинга вегетативных функций органов малого таза (ТВМ). Наличие данного режима критично для клиники в связи с тем, что у большого процента пациентов с нейрохирургическими патологиями отмечается нарушение функций тазовых органов.

2. Отсутствует блок для подключения стимулирующих электродов (Grid/ТЕС стимуляционная матрица 16 каналов), что не дает возможности подключения и быстрой кросс-коммутации зондов, игольчатых/спиральных или грид-электродов для транскраниальной и/или кортикальной электростимуляции пациента, поддержки моно- и биполярных зондов для стимуляции коры или подкорковых структур, многоканальной кортикальной стимуляции при помощи грид-электродов; многоканальной кортикальной стимуляции скальповыми спиральными или игольчатыми электродами и др., что крайне необходимо в клинической практике для проведения диагностики, лечения опухолей головного мозга, эссенциального тремора и эпилепсии.

Несоответствие по ряду технических параметров режима прямой стимуляции нервов (максимальное напряжение силы тока до 20 мА (не менее 25 мА), максимальное напряжения – до 35В (не менее 125В), максимальная частота тока – до 100Гц (не менее 500Гц), максимальная длительность импульса – до 500 мкс (не менее 2 мс)) и режима стимуляции током высокого напряжения (максимальная сила тока – до 200мА (не менее 250мА), отсутствуют необходимые универсальные каналы, подходящие для любого режима стимуляции токами высокого напряжения, включая транскраниальную стимуляцию, ССВП и пр. - необходимо не менее универсальных 12 каналов, описаны в инструкции только - 8 высоковольтных и 1 транскраниальный, универсальных каналов нет), что снизит отразиться на качестве стимуляции и регистрации сигналов при проведении интраоперационного нейромониторинга.

Тендерная комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации, включая следующие критерии: наличие регистрации медицинской техники, соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, соответствие предлагаемого медицинской техники технической спецификации заказчика и определила выигравшую тендерную заявку.

По результатам оценки и сопоставление тендерных заявок тендерная комиссия решила:

**II. В соответствии с п.74 Постановлением Правительства РК от 4 июня 2021 года №375, Правил** признать победителями тендера следующие тендерные заявки:

**Лот №1-** Нейромонитор интраоперационный с принадлежностями, ТОО «Tarlan International» г.Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жәнібек хандар, дом 5,н.п.30, цена за единицу 47435000 тенге 00 тиын общая сумма 47435000 тенге 00 тиын. Торговое наименование: Нейромонитор интраоперационный ISISIOMc принадлежностями, страна производитель, Германия.



**Лот №2** -Устройство конвекционного обогрева,ТОО «Сапа Мед Астана» г.Нур-Султан, ул.Тараз 2, НП-12, цена за единицу 4000000 тенге 00 тиын общая сумма 12000 000 тенге 00 тиын. Торговое наименование: Устройство конвекционного обогрева Equator EQ-5000,страна производитель США.

**Лот №3** - Кровать медицинская функциональная с принадлежностями, ТОО «Сапа Мед Астана» г.Нур-Султан, ул.Тараз 2, НП-12, цена за единицу 1840000 тенге 00 тиын общая сумма 36800000 тенге 00 тиын. Торговое наименование: Кровать медицинская функциональная Centuris P750 с принадлежностями. страна производитель, Сингапур.

**III.** Потенциальные поставщики, предложения которых являются вторым после победителей тендера:

**Лот №3** - Кровать медицинская функциональная с принадлежностями, ТОО «А&С Medical» г.Алматы, ул. Нусупбекова д.38., цена за единицу 1850000 тенге 00 тиын общая сумма 37000000 тенге 00 тиын. Торговое наименование: Многофункциональная кровать для интенсивной терапии LE-12 с принадлежностями страна производитель, Польша.

**IV.** В течение пяти календарных дней заключить договор закупа на медицинскую технику с вышеуказанными победителями тендера.

**Председатель комиссии**

  
Т. Жүкен

**Заместитель председателя**

  
Б.Махин

  
К. Абаганова

  
Р.Фазлыев

  
И.Ким

**Секретарь тендерной комиссии**

  
А.Ермекова