

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**об итогах тендера по закупкам медицинских изделий**

КГП на ПХВ «Многопрофильная  
больница имени профессора  
Х.Ж. Макажанова»

24 января 2025г.

Закуп в соответствии с Правил «Организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, (далее «Правила»)

**Тендерная комиссия в составе:**

1. Аймагамбетов Е.М.- председатель тендерной комиссии, заместитель директора по медицинской работе.
2. Махин Б.К. – заместитель председателя, руководитель многопрофильного центра
3. Абаганова К.Н. – начальник отдела государственных закупок.
4. Аят Ж.Б.- клинический фармаколог
5. Каминская О.А. – медсестра аптечного склада.

Секретарь тендерной комиссии Софина П. бухгалтер по госзакупкам.

17 января 2025 года в 15.00 часов комиссия провела заседание по вскрытию конвертов с тендерными заявками по закупкам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Выделенная сумма закупа по лотам составляет:

Номер лота	Наименование медицинских изделий	Ед. изм.	Кол-во	Планируемая цена	Сумма (тенге)
1	Стент для коронарных сосудов	шт.	850	220 000,00	187 000 000,00
2	Катетер дилатационный для чрезкожный транслюминальной ангиопластики	шт.	200	54 632,00	10 926 400,00
3	Катетер дилатационный для чрезкожный транслюминальной ангиопластики (ЧТА)	шт.	500	54 632,00	27 316 000,00
4	Коронарный Аспирационный катетер	шт.	80	120 000,00	9 600 000,00
5	Индефлятор	шт.	520	35000,00	18 200 000,00
6	Гидрофильный проводник	шт.	500	34000,00	17 000 000,00
7	Ангиографический внутрисосудистый катетер	шт.	800	17600,00	14 080 000,00
8	Внутрисосудистые направляющие	шт.	500	45 700,00	22 850 000,00



9	Интродьюсер радиальный	шт.	700	11 000,00	7 700 000,00
10	Интродьюсер феморальный	шт.	50	11 000,00	550 000,00
11	Процедурный комплект для ангиографии	шт.	500	47 000,00	23 500 000,00
12	Коронарные проводники	шт.	700	54 000,00	37 800 000,00
13	Электроды для временной электрокардиостимуляции (с баллоном)	шт.	10	95 000,00	950 000,00

Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков представлены в установленные сроки до 13.00 часов 17 января 2025года:

1. ТОО «Clever Medical», РК, Алматинская обл, Карасайский район, село Кокузек, строение 433, 13 января 2025г, 10ч 38 мин
2. ТОО «Azia Med Engineering» Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Маркова 22/37, офис 301, 15 января 2025г, 10ч 23 мин
3. ТОО «ИНТ Central ASIA» Астана, Кабанбай батыр дангылы 53, 16 января 2025г, 10ч 23 мин
4. ТОО «Мерусар и К» ул Чайковского 5, г Павлодар, 17 января 2025г, 09 ч 00мин
5. ТОО «Synergy pharma» РК, г. Астана, район Есиль, улица Сыганак, здание 60/4, 17 января 2025г, 10ч 00мин.

Отзыв и изменения тендерных заявок в сроки, указанные в тендерной документации, не производились. Эксперт или экспертная комиссия не привлекались. Тендерная комиссия рассмотрела соответствие представленных тендерных заявок потенциальных поставщиков на соответствие тендерной документации и требованиям настоящих Правил, соответствие предлагаемых потенциальными поставщиками медицинских изделий технической спецификации заказчика.

**1. Лот №1** Стент для коронарных сосудов - ТОО «ИНТ Central ASIA» техническая спецификация не соответствуют технической спецификации Заказчика.

Согласно п.62 пп.7 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил.

В технической спецификации, представленной потенциальным поставщиком имеются не соответствия требованиям Заказчика, а именно:

1. Не соответствует материал изготовления стента. Потенциальным поставщиком представлен сплав хрома-кобальта F562. Однако, согласно технической спецификации Заказчика требуется кобальта хромовый сплав L605.

2. Не соответствует покрытие стента. Потенциальным поставщиком представлено покрытие биостойкой полимерной матрицей содержащей сиролimus (в дозе 0,090мкг/мм<sup>2</sup>). Однако, согласно условиям тендерной документации Заказчика требуется смесь сиролимуса 1,4Мг/мм и биостабильных полимеров.

3. Не соответствует эффективная длина системы доставки. Потенциальным поставщиком представлена рабочая длина системы доставки 141 см. Однако, согласно условиям объявления Заказчика требуется 142 см.

4. Не соответствует толщина стен стента. Потенциальным поставщиком представлена толщина каркаса 62 мкм. Однако, согласно технической спецификации требуется 75 микрон для стента от 2 до 2,5 мм. 80 микрон для стента от 2,75 до 3,5 мм. 85 микрон для стента диаметром от 4 до 4,5 мм.

*Handwritten signatures and stamps in blue ink.*

5. Не соответствует доступные диаметры стента. Потенциальным поставщиком представлен доступный диаметр 2,0-4,0. Однако, согласно технической спецификации требуется 2,0-4,5 мм.

6. Не соответствует доступные длины стента. Потенциальным поставщиком представлен длина стента 8,12,15,18,23,28,32,36,40 мм. Однако, согласно технической спецификации Заказчика требуется от 9мм до 49 мм.

Техническая спецификация потенциального поставщика ТОО «ИHTCentralAsia» не соответствует условиям тендерной документации.

**2. Лот №11** Процедурный комплект для ангиографии - ТОО «Мерусар и К» техническая спецификация не соответствуют технической спецификации Заказчика.

Согласно п.62 пп.7 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил.

По информации на сайте Государственного реестра ЛС и МИ в регистрационном удостоверении и предоставленном потенциальным поставщиком регистрационном удостоверении отсутствует информация о шовном материале, что не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Шовный материал с иглой, указанный в технической спецификации Процедурных комплектов предназначен для ушивания кожи и подкожных тканей, а также для фиксации интервенционных медицинских изделий.

Согласно регистрационного удостоверения нет устройства для компрессии. Липучка для фиксации (липкая лента) не может быть заменой устройству для компрессии места пункции, которое имеет механизм контроля давления, что в свою очередь способствует избежать осложнений после операции и имеет удобство для пациента. Устройство для компрессии, согласно заявленной технической спецификации, имеет специальный прижим винтом, давление регулируется в лучевой артерии для гемостаза с помощью поршня винта особой формы, что обеспечивает надежный гемостаз в месте пункции и предотвращает риск развития осложнений, вызванных недостаточным гемостазом места пункции.

Тендерная комиссия рассмотрела на соответствие тендерной документации представленных тендерных заявок потенциальных поставщиков, рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации.

Квалификационные данные потенциальных поставщиков представивших тендерные заявки, соответствуют требованиям, предусмотренным в «Правилах» и тендерной документации.

Тендерная комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации, включая следующие критерии: качество закупаемого товара, соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, соответствие предлагаемого медицинских изделий технической спецификации заказчика и определила выигравшую тендерную заявку согласно Правил.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks of the individuals involved in the tender process. One signature is particularly large and prominent, while others are smaller and more compact.

I. В соответствии с п.66 Правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, ввиду отсутствия конкуренции по лотам и при отклонении тендерных заявок конкурентов по лотам, признать победителями тендера следующих потенциальных поставщиков:

Номер лота	Наименование медицинских изделий, торговое наименование	Ед. изм	Кол -во	Цена (тенге)	Сумма (тенге)	Наименование и местонахождение поставщика победителя
1	Стент для коронарных сосудов / Коронарная стент система с сиролimus покрытием	шт	850	219500,00	186575000,00	ТОО «Synergy pharma» г.Астана, район Есиль , ул.Сыганак,зд.60/4
2	Катетер дилатационный для чрезкожный транслюминальной ангиопластики / Коронарный баллонный дилатационный катетер	шт.	200	54000,00	10800000,00	ТОО «Synergy pharma» г.Астана, район Есиль , ул.Сыганак,зд.60/4
3	Катетер дилатационный для чрезкожный транслюминальной ангиопластики (ЧТА)/ Коронарный баллонный дилатационный катетер	шт.	500	54 000,00	27000000	ТОО «Synergy pharma» г.Астана, район Есиль , ул.Сыганак,зд.60/4
4	Коронарный Аспирационный катетер/ Катетер для экстракции тромбов	шт.	80	54 000,00	4320000	ТОО «Synergy pharma» г.Астана, район Есиль , ул.Сыганак,зд.60/4
7	Ангиографический внутрисосудистый катетер/ диагностические катетеры.	шт.	800	16000,00	12800000,00	ТОО «Synergy pharma» г.Астана, район Есиль , ул.Сыганак,зд.60/4
8	Внутрисосудистые направляющие / Проводниковый катетер	шт.	500	41500,00	20750000,00	ТОО «Synergy pharma» г.Астана, район Есиль , ул.Сыганак,зд.60/4
9	Интродьюсер радиальный/ Интродьюсер универсальный	шт.	700	10 500,00	7350000,00	ТОО «Clever Medical», РК, Алматинская обл, Карасайский район, село Кокузек, строение 433
10	Интродьюсер феморальный/ Интродьюсер универсальный	шт.	50	10 500,00	525000,00	ТОО «Clever Medical», Алматинская обл, Карасайский район, село Кокузек, строение 433
11	Процедурный комплект для ангиографии / Процедурный комплект СРТ	шт.	500	46 500,00	23250000,00	ТОО «Clever Medical», РК, Алматинская обл, Карасайский район, село Кокузек, строение 433
13	Электроды для временной электрокардиостимуляции (с баллоном)/Катетер для временной стимуляции 5F.	шт.	10	95000,00	950000,00	ТОО «Azia Med Engineering» г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Маркова 22/37, офис 301

**II. В соответствии с п. 66 Правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110, «п.66 победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения» по лотам №5 и №6 признать победителем тендера следующего потенциального поставщика(наименьшее ценовое предложение):**

**Лот № 5** - Индефлятор по цене 25000,00,00 тенге в количестве 520 штук, на общую сумму 13000000,00 тенге, ТОО «Clever Medical» Алматинская обл, Карасайский район, село Кокузек, строение 433 Торговое наименование: набор индефлятора.

**Лот № 6** - Гидрофильный проводник по цене 20000,00 в количестве 500 штук, на общую сумму 10000000,00 тенге, ТОО «Clever Medical» Алматинская обл, Карасайский район, село Кокузек, строение 433 Торговое наименование: проводник диагностический.

Потенциальный поставщик предложение которого является вторым после предложения победителя:

**Лот № 5** - Индефлятор по цене 34500,00,00 тенге в количестве 520 штук, на общую сумму 17940000,00 тенге, ТОО «Synergy pharma» г.Астана, район Есиль , ул.Сыганак,зд.60/4 Торговое наименование :набор РТСА.

**Лот № 6** - Гидрофильный проводник по цене 33500,00 в количестве 500 штук, на общую сумму 16750000тенге, Торговое наименование: проводник диагностический

**III. В соответствии с п. 65 Правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, тендер по закупу медицинских изделий по лоту №12 признать несостоявшимися, в связи с отсутствием тендерных заявок.**

**IV. По итогам тендера заключить договор закупа медицинских изделий в установленные Правилами сроки.**

**Председатель комиссии**



**Е.Аймагамбетов**

**Заместитель председателя**



**Б. Махин**



**К. Абаганова**



**Ж. Аят**



**О. Каминская**

**Секретарь тендерной комиссии**



**П. Софина**