

ПРОТОКОЛ № 5
об итогах тендера по закупкам медицинских изделий

КГП на ПХВ «Многопрофильная
больница имени профессора
Х.Ж. Макажанова»

31 января 2025г.

Закуп в соответствии с Правил «Организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, (далее «Правила»)

Тендерная комиссия в составе:

1. Аймагамбетов Е.М.- председатель тендерной комиссии, заместитель директора по медицинской работе.
2. Махин Б.К. – заместитель председателя, руководитель многопрофильного центра
3. Абаганова К.Н. – начальник отдела государственных закупок.
4. Аят Ж.Б. - клинический фармаколог
5. Каминская О.А. – медсестра аптечного склада.

Секретарь тендерной комиссии Софина П. бухгалтер по госзакупкам.

22 января 2025 года в 15.00 часов комиссия провела заседание по вскрытию конвертов с тендерными заявками по закупкам медицинских изделий по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Выделенная сумма закупа по лотам составляет:

Номер лота	Наименование медицинских изделий	Ед. изм.	Кол-во	Планируемая цена	Сумма (тенге)
1	Офтальмологический вязкоэластичный раствор 3%	шт.	1200	16 045,00	19 254 000,00
2	Офтальмологический вязкоэластичный раствор 2,2%	шт.	1300	13 250,00	17 225 000,00
3	Линза интраокулярная асферическая	шт.	800	28 000,00	22 400 000,00
4	Набор офтальмологический для катарактальной хирургии	шт.	700	45 025,00	31 517 500,00
5	Линза интраокулярная заднекамерная	шт.	700	47 200,00	33 040 000,00
6	Кольца для стабилизации капсулы	шт.	2200	15 500,00	34 100 000,00

7	Офтальмологический раствор трипанового синего	шт.	100	6 000,00	600 000,00
8	Ирисретракторы	шт.	70	16 000,00	1 120 000,00
9	Нить хирургическая нерассасывающаяся	шт.	120	4 600,00	552 000,00
10	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная	шт.	120	4 600,00	552 000,00
11	Нить хирургическая нерассасывающаяся	шт.	60	4 600,00	276 000,00
12	Нить хирургическая нерассасывающаяся	шт.	60	4 600,00	276 000,00
13	Нить хирургическая	шт.	48	4 600,00	220 800,00
14	Нить хирургическая	шт.	24	4 600,00	110 400,00
15	Нить хирургическая нерассасывающаяся	шт.	12	4 600,00	55 200,00
16	Нить хирургическая	шт.	84	5 500,00	462 000,00
17	Нить хирургическая	шт.	84	5 500,00	462 000,00
18	Нож офтальмологический	шт.	600	4 600,00	2 760 000,00
19	Нож офтальмологический	шт.	600	4 600,00	2 760 000,00
20	Нож расслаиватель	шт.	360	4 600,00	1 656 000,00
21	Нож стандартный офтальмологический	шт.	360	4 600,00	1 656 000,00
22	Нож стандартный	шт.	360	4 600,00	1 656 000,00
23	Нож офтальмологический	шт.	1080	4600,00	4 968 000,00

Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков представлены в установленные сроки до 13.00 часов 22 января 2025 года:

1. ТОО «JS Consulting» РК, г.Алматы, ул Толе би, д 69, офис 31, 15 января 2025г, 16ч 04мин.
2. ТОО «KazPharm» г.Астана, район Есиль, пр Эл-Фараби, д27, кв10, 16 января 2025г, 10ч 32мин.
3. ТОО «Eventus Group», г.Астана, район Есильский, ул Сауран 3, оф.79, 16 января 2025г, 10ч 33м
4. ТОО «MedInnovation» г.Алматы, улица 2-я Гончарная 123, 17 января 2025г, 10ч 55мин.
5. ТОО «Круана» г.Алматы, ул Тимирязева 42, корпус 15, 20 января 2025г, 12ч 00 мин.
6. ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13, 3 этаж, 21 января 2025г, 16ч 38мин.

Отзыв и изменения тендерных заявок в сроки, указанные в тендерной документации, не производились. Эксперт или экспертная комиссия не привлекались. Тендерная комиссия рассмотрела соответствие представленных тендерных заявок потенциальных поставщиков на соответствие тендерной документации и требованиям настоящих Правил, соответствие предлагаемых потенциальными поставщиками медицинских изделий технической спецификации заказчика.

Тендерная комиссия рассмотрела на соответствие тендерной документации представленных тендерных заявок потенциальных поставщиков.

I. Лот №1 - Офтальмологический вискоэластичный раствор 3% - ТОО «MedInnovation» техническая спецификация не соответствуют технической спецификации Заказчика. Согласно п.62 пп.7 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил.

В технической спецификации, представленной потенциальным поставщиком имеются не соответствия требованиям Заказчика, а именно:

Заявленная техническая спецификация Заказчика	Представленная техническая спецификация ТОО Medinnovation	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Молекулярная масса гиалуроната натрия (млн. дальтон) = MDa 1.0-1.8	Около 2 400 000 Дальтон	Не соответствует. Молекулярная масса превышает около 60% заявленную заказчиком
Вязкость при нулевом сдвиге не менее 80 000 мПа	Вязкость 80 000 мПа	Не соответствует. Вязкость в официальном сайте производителя 160 000 – 200 000 мПа. Вязкость представленного медицинского изделия более чем в 2 раза превышает заявленное. Участником предоставлена информация значительно отличающаяся от данных указанных в регистрационном удостоверении медизделия.
Осмолярность = не менее 400 мОсмоль/кг	В заявке поставщика указано Осмолярность 400 м Осмоль/л	Не соответствует. В официальном сайте производителя https://ajlsa.com/en/product/ajlvisc-ajlcell-viscoelastic-solutions/ Осмолярность 250—350 мОсмол/л. Представленная вязкость гораздо ниже заявленной вязкости медицинского изделия.
Натрия хлорид (NaCl) Натрия хлорид: 6,5 (6,50 только для варианта продукта 3,0%)	В заявке поставщика указано NaCl– 6,5 мг	Не соответствует. По информации /register.ndda.kz Государственного реестра ЛС и МИ по регистрационному удостоверению и предоставленному потенциальным поставщиком регистрационному удостоверению NaCl 8 мг. Содержание NaCl превышает заявленное содержание.
NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O Дигидрогенфосфат натрия дигидрат: 0.045	В заявке поставщика указано NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O– 0,045 мг	Не соответствует. По информации /register.ndda.kz Государственного реестра ЛС и МИ по регистрационному удостоверению предоставленному поставщиком указано 0,05мг. Отклонение небольшое (превышает на 0,005)

Na ₂ HPO ₄ , 2H ₂ O Дигидрат гидрогенфосфата натрия: 0.563	Na ₂ HPO ₄ , 12H ₂ O - 0,6 мг	Не соответствует. Отклонение небольшое (превышает на 0,037)
Вода для инъекций q.s. 1 мл	Достаточное количество	В представленной заявке нет точных параметров содержания воды для сравнения.
Содержание NaHA: 27.0 – 33.0 мг/мл	Нет данных	Не соответствует. В представленной заявке участника содержание данного вещества не указаны.
Не содержит данное вещество	N-ацетилглюкозамин	Не соответствует. В представленной заявке участника медицинское изделие содержит N- ацетилглюкозамин, однако в заявленных характеристиках медицинского изделия данного вещества нет.
Эндотоксины: 0.2 U.I./мл	Нет данных	Не соответствует. В представленной заявке участника содержание данного вещества не указаны.
РН 6,8-7,5	В заявке участника указано РН 6,8-7,5	Не соответствует. В официальном сайте производителя https://ajlsa.com/en/product/ajlvisc-ajlcell-viscoelastic-solutions/ указаны РН 7,0-7,5.

Лот №2 - Офтальмологический вискоэластичный раствор 2,2% - ТОО «MedInnovation» техническая спецификация не соответствуют технической спецификации Заказчика.

Согласно п.62 пп.7 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил.

В технической спецификации, представленной потенциальным поставщиком имеются не соответствия требованиям Заказчика, а именно:

Заявленная техническая спецификация Заказчика	Представленная техническая спецификация ТОО Medinnovation	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Концентрация изделия заявленного заказчиком 2,2%	Концентрация представленного участником изделия 2,0%	Не соответствует. Концентрация изделия представленного участником гораздо ниже.
Молекулярная масса гиалуроната натрия (млн. дальтон) = МДа 1.2-2.2	Около 2 400,00 Дальтон	Не соответствует. Молекулярная масса представленная в заявке в более чем в 700 раз меньше заявленного. Молекулярная масса представленного участником изделия 2 400 000 Дальтон.
Вязкость при нулевом сдвиге не более 40 000 мПа	Вязкость 40 000 – 60 000 мПа	Не соответствует. Вязкость представленного медицинского изделия более чем 50% превышает заявленное.
Осмолярность: 270-400 мОсмоль/кг	В заявке участника указано: 270-400 м Осмоль/л	Не соответствует. В официальном сайте производителя https://ajlsa.com/en/product/ajlvisc-ajlcell-viscoelastic-solutions/ Осмолярность 250—350 мОсмоль/л.
Натрия хлорид (NaCl) Натрия хлорид: 8.5	В заявке участника указано: 8,5 мг	Не соответствует. По информации /register.ndda.kz Государственного реестра ЛС и МИ по регистрационному удостоверению и

		предоставленном потенциальным поставщиком регистрационном удостоверении NaCl – 8,0мг Представленное участником содержание NaCl ниже заявленного.
NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O Дигидрогенфосфат натрия дигидрат: 0.045	В заявке поставщика указано NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O – 0,045 мг	Не соответствует. По информации /register.ndda.kz Государственного реестра ЛС и МИ по регистрационному удостоверению предоставленном поставщиком указано 0,05мг. Отклонение превышает на 0,005.
Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O Дигидрат гидрогенфосфата натрия: 0.563	Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O - 0,6 мг	Не соответствует. Отклонение небольшое (превышает на 0,037)
Вода для инъекций q.s. 1 мл	Достаточное количество	Не соответствует. В представленной заявке нет точных параметров содержания воды для сравнения.
Содержание NaHA: 16,2 – 19,8 мг/мл	Нет данных	Не соответствует. В представленной заявке участника содержание данного вещества не указаны.
Не содержит данное вещество	N-ацетилглюкозамин	Не соответствует. В представленной заявке участника медицинское изделие содержит N-ацетилглюкозамин , однако в заявленных характеристиках медицинского изделия данного вещества нет.
Эндотоксины: 0.2 U.I./мл	Нет данных	Не соответствует. В представленной заявке участника содержание данного вещества не указаны.
PH 6,8-7,4	В заявке участника указано PH 6,8-7,4	Не соответствует. В официальном сайте производителя https://ajlsa.com/en/product/ajlvisc-ajlcell-viscoelastic-solutions/ указаны PH 7,0-7,5.
Натрия гиалуронат 22 мг	Натрия гиалуронат 20 мг	Не соответствует. Содержание Натрия гиалуроната представленная участником гораздо ниже заявленной.

Лот №5 - Линза интраокулярная заднекамерная - ТОО «MedInnovation» техническая спецификация не соответствуют технической спецификации Заказчика.

Согласно п.62 пп.7 Правил, представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил.

В технической спецификации, представленной потенциальным поставщиком имеются не соответствия требованиям Заказчика, а именно:

Заявленная техническая спецификация Заказчика	Представленная техническая спецификация ТОО Medinnovation	Результат рассмотрения (не соответствует, комментарии и тд)
Наличие светофильтра: материал UVблокирующий гидрофобный акрил	Наличие желтого светофильтра.	Не соответствует. Наличие светофильтров гораздо отличается от заявленной: заказчиком заявлен прозрачный цвет линзы, участником представлен желтый цвет линзы.
Материал гаптических элементов - гидрофобный акрил, отпалированная гаптика способствует лучшему прохождению линзы в картридже	Включает элементы Полиметилметакрилата (ПММА), данных от поверхности гаптических	Не соответствует. Состав материала гаптики гораздо отличается от заявленной. Состав заявленной линзы полностью гидрофобный акрил, участник предоставил

	элементов нет.	Полиметилакрилат.
Дизайн гаптики: С- Однокомпонентная, Tri-Fix (3-х точечная фиксация)	2-х опорная , окрашены в синий цвет	Не соответствует. Дизайн гаптики значительно отличается от заявленной.
Рефракционный индекс: 1.47 при 35°С.	В заявке участника данных о показателе нет.	Не соответствует. По информации на сайте /register.ndda.kz Государственного реестра ЛС и МИ по регистрационному удостоверению и предоставленному потенциальным поставщиком регистрационному удостоверению указан: Показатель преломления 1,522 при 23 гр С. Не соответствует. Гораздо выше заявленной.
Общая длина 13,0 мм	Общий диаметр 12,25 – 12,5	Не соответствует. Гораздо меньше заявленной
Комплектация: Линза отдельно в контейнере, прилагается картридж	Интраокулярная линза в одноразовом инжекторе для имплантации (Предустановленная/предзагр уженная)	Не соответствует. Комплектация гораздо отличается от заявленной. Заказчиком заявленная линза находится отдельно в контейнере, в комплекте с картриджем. Участник предлагает «предустановленную» линзу со своими специфичными условиями подготовки: выдержать линзу при температуре от 21 до 25°С на протяжении не менее чем 30 мин.
Дизайн кромки края: ProTEC матовый 360° (по всей кромке, квадратный край 360, матовая кромка края предотвращает блики и засветы внутри линзы, что влияет на ночное зрение	Прямоугольный дизайн.	Не соответствует. Матовой кромки края, положительно влияющего на ночное зрение, нет, является важным элементом заявленной заказчиком линзы.
Число Аббе равно 57	Данных об этом параметре не указаны	Не соответствует.
Теоретическая глубина передней камеры 5,2 мм	Данных об указанном хирургическом параметре нет!	Не соответствует.
Хирургический фактор 1,45	Данных об указанном хирургическом параметре нет!	Не соответствует.
Гидрофобный акрил не проходит термическую обработку, каждая линза отдельно вытачивается, что полностью устраняет вакуолизацию	Данных об указанном биологическом нежелательном эффекте нет!	Не соответствует. Данный биологический эффект является важным заявленной заказчиком линзы, однако в представленной участником линзе данного эффекта нет.
Форма: передняя сферическая поверхность	Оптическая часть: Асферическая	Не соответствует.
Угол наклона гаптики	Угол наклона гаптических элементов: 5 гр	Не соответствует. В заявке заказчика угол наклона обеспечивает трехточечную фиксацию и стабильной расположение линзы. В заявке участника такой информации нет.

Квалификационные данные потенциальных поставщиков представивших тендерные заявки, кроме отклоненных, соответствуют требованиям, предусмотренным в «Правилах» и тендерной документации. Тендерная комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила тендерные заявки, принятые для участия в тендере с учетом критериев, указанных в тендерной документации, включая следующие критерии: соответствие потенциального

поставщика квалификационным требованиям, сроки поставки, условия платежа, соответствие предлагаемого медицинских изделий технической спецификации заказчика

II. В соответствии с п.66 Правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, ввиду отсутствия конкуренции по лотам и при отклонении тендерных заявок конкурентов по лотам признать победителями тендера следующих потенциальных поставщиков:

Номер лота	Наименование медицинских изделий, торговое наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена (тенге)	Сумма (тенге)	Наименование и местонахождение поставщика победителя
1	Офтальмологический вискоэластичный раствор 3%	шт.	1200	15 930,00	19 116 000,00	ТОО «KazPharm» г.Астана, район Есиль, пр Эл-Фараби, д27, кв10
2	Офтальмологический вискоэластичный раствор 2,2%	шт.	1300	13 190,00	17 147 000,00	ТОО «KazPharm» г.Астана, район Есиль, пр Эл-Фараби, д27, кв10
3	Линза интраокулярная асферическая Akreos Adapt AO	шт.	800	28 000,00	22 400 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
4	Набор офтальмологический для катарактальной хирургии	шт.	700	44 980,00	31 486 000,00	ТОО «Eventus Group», г.Астана, район Есильский, ул Сауран 3, офис 79
5	Линза интраокулярная заднекамерная Sensar	шт.	700	47 185,00	33 029 500,00	ТОО «KazPharm» г.Астана, район Есиль, пр Эл-Фараби, д27, кв10
6	Кольца для стабилизации капсулы	шт.	2200	15 380,00	33 836 000,00	ТОО «Eventus Group», г.Астана, район Есильский, ул Сауран 3, офис 79
9	Нить хирургическая нерассасывающаяся Mani ophthalmic sutures	шт.	120	4 600,00	552 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
10	Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная Mani ophthalmic sutures	шт.	120	4 600,00	552 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
11	Нить хирургическая нерассасывающаяся Mani ophthalmic sutures	шт.	60	4 600,00	276 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
12	Нить хирургическая нерассасывающаяся Mani ophthalmic sutures	шт.	60	4 600,00	276 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
18	Нож офтальмологический	шт.	600	4 600,00	2 760 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
19	Нож офтальмологический	шт.	600	4 600,00	2 760 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
20	Нож расслаиватель Mani ophthalmic	шт.	360	4 600,00	1 656 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
21	Нож стандартный офтальмологический Mani ophthalmic	шт.	360	4 600,00	1 656 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
22	Нож стандартный Mani ophthalmic	шт.	360	4 600,00	1 656 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13
23	Нож офтальмологический	шт.	1080	4600,00	4 968 000,00	ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул Пушкина 13

III. В соответствии с п. 66 Правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, «п.66 победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения» по лотам №13, №14, №15, №16, №17 признать победителем тендера следующего потенциального поставщика (наименьшее ценовое предложение):

Лот №13 - Нить хирургическая, по цене 4400,00 тенге, в количестве 48 штук, на общую сумму 211200,00 тенге, ТОО «Круана» г.Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15. Торговое наименование: Шовный хирургический нерассасывающийся материал Nylon.

Лот №14 - Нить хирургическая, по цене 4400,00 тенге в количестве 24 штук, на общую сумму 105600,00 тенге, ТОО «Круана» г.Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15. Торговое наименование: Шовный хирургический нерассасывающийся материал Nylon.

Лот №15 - Нить хирургическая нерассасывающаяся, по цене 4400,00 тенге в количестве 12 штук, на общую сумму 52800,00 тенге, ТОО «Круана» г.Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15. Торговое наименование: Шовный хирургический нерассасывающийся материал Nylon.

Лот №16 - Нить хирургическая, по цене 4000,00 тенге в количестве 84 штук, на общую сумму 336000,00 тенге, ТОО «Круана» г.Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15. Торговое наименование: Шовный хирургический нерассасывающийся материал Polypropylene

Лот №17 - Нить хирургическая, по цене 4000,00 тенге в количестве 84 штук, на общую сумму 336000,00 тенге, ТОО «Круана» г.Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15. Торговое наименование: Шовный хирургический нерассасывающийся материал Polypropylene

Потенциальный поставщик предложение которого является вторым после предложения победителя:

Лот №13 - Нить хирургическая, по цене 4440,00 тенге в количестве 48 штук, на общую сумму 213120,00 тенге, ТОО «JS Consulting» г.Алматы, ул. Толе би, д 69, офис 31. Торговое наименование: Шовный материал Resorba.

Лот №14 - Нить хирургическая, по цене 4600,00 тенге в количестве 24 штук, на общую сумму 110400,00 тенге, ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул. Пушкина 13. Торговое наименование: Нить хирургическая «Mani ophthalmic sutures»

Лот №15 - Нить хирургическая нерассасывающаяся, по цене 4600,00 тенге в количестве 12 штук, на общую сумму 55200,00 тенге, ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул. Пушкина 13 Торговое наименование: Нить хирургическая «Mani ophthalmic sutures»

Лот №16 - Нить хирургическая, по цене 5500,00 тенге в количестве 84 штук, на общую сумму 462000,00 тенге, ТОО «Гранд Атлас» г.Алматы, ул. Пушкина 13. Торговое наименование: Нить хирургическая Нить хирургическая «Mani ophthalmic sutures»

Лот №17 - Нить хирургическая, по цене 4400,00 тенге в количестве 84 штук, на общую сумму 369600,00 тенге, ТОО «JS Consulting» г.Алматы, ул. Толе би, д 69, офис 31. Торговое наименование Шовный материал Resorba.

IV. В соответствии с п. 65 Правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, тендер по закупке медицинских изделий по лотам №7 и №8 признать несостоявшимися, в связи с отсутствием тендерных заявок.

V. По итогам тендера заключить договор закупки медицинских изделий в установленные Правилами сроки.

Председатель комиссии



Е.Аймагамбетов

Заместитель председателя



Б. Махин



К. Абаганова



Ж. Аят



О. Каминская

Секретарь тендерной комиссии



П. Софина